



## ***Distemper canino* Kit RT qPCR by Mascolab®**

**Descripción:** Kit de uso rápido y sensible para la detección de ARN de ***Distemper canino***. Mediante PCR en tiempo real sonda de hidrólisis. Contiene todos los componentes necesarios requeridos para cada reacción.

**Componentes:** Master Mix CDV<sup>1</sup> Listo para uso  
Control Negativo (H<sub>2</sub>O libre de RNasas y DNasas).  
Control Positivo (Plásmidos).  
Diluciones para realización de curvas estándar.  
Mix control interno (CI) para evaluación de inhibición (Gen mitocondrial de Canino-HEX y Ribosomal de Felino-FAM).

<sup>1</sup>Contiene Taq pol de arranque en caliente, DNTPs, Potenciador de PCR, enzima UNG, Primers Forward y Reverse, Sondas específicas, PCR buffer, Cofactor MgCl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O Tipo I.

**Condiciones de almacenamiento:** Se recomienda mantener a -20°C para garantizar la efectividad de la preparación a largo plazo. Los componentes del kit toleran condiciones de envío y almacenamiento a 4°C por un mes.

### **Especificidad:**

***Distemper canino* (FAM).** En conjunto los primers y sonda están diseñados para detectar secuencias con homologías del 100% de ***Distemper canino*** reportada en bases de datos

## **Instrucciones de uso**

### ***Montaje***

#### ***Detección de *Distemper canino****

1. Descongele el Master Mix CDV<sup>1</sup> a temperatura ambiente, homogenice mediante agitador vórtex vigorosamente por 15 segundos y centrifugue inmediatamente antes de su uso.
2. Agregue 15uL del Master Mix CDV<sup>1</sup> a cada vial de reacción y 5uL de ARN de cada muestra problema ( $\leq 300\text{ng/uL}$ ), para un volumen total de 20 microlitros.
3. Emplee 5 microlitros de Control Negativo en una reacción diferente, e igualmente 5 microlitros de Control Positivo en otro vial.
4. Asegúrese de tapar correctamente los viales de PCR y centrifugue.
5. Ubique los viales en estricto orden de montaje en el termociclador.

#### ***Prueba de inhibición o control interno***

1. Descongele el mix CI a temperatura ambiente, homogenice mediante agitador vórtex vigorosamente por 15 segundos y centrifugue inmediatamente antes de su uso.
2. Agregue 15uL del mix CI listo para su uso a cada vial de reacción y 5uL de material genético extraído de cada muestra a la que desee evaluar integridad e inhibición ( $< 500\text{ng}$ ), para un volumen total de 20 microlitros.
3. Asegúrese de tapar correctamente los viales de PCR y centrifugue.
4. Ubique los viales en estricto orden de montaje en el termociclador.

### **Condiciones de amplificación**

Se recomienda configurar los parámetros antes de realizar el montaje experimental. Generar una plantilla con las características de la tabla 1 o 2 le ayudara a no

mantener un tiempo excesivo sus reacciones a temperatura ambiente antes ubicarlas en el termociclador.

Recuerde siempre configurar la adquisición de fluorescencia en la etapa de extensión.

**Tabla 1.** Configuración de etapas de RT qPCR para el *Distemper canino* Kit RT qPCR by Mascolab®.

<b>Etapa</b>	<b>Ciclos</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Tiempo</b>
<i>Retrotranscripción</i>	1	55	10 minutos
<i>Desnaturalización Inicial</i>	1	95	2 minutos
<i>Desnaturalización</i>	40-45	95	15 segundos
<i>Anillaje/Extensión</i>	40-45	60	60 segundos

**Tabla 2.** Configuración rápida de RT qPCR para el *Distemper canino* Kit qPCR by Mascolab®.

<b>Etapa</b>	<b>Ciclos</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Tiempo</b>
<i>Retrotranscripción</i>	1	55	10 minutos
<i>Desnaturalización Inicial</i>	1	95	2 minutos
<i>Desnaturalización</i>	40-45	95	10 segundos
<i>Anillaje/Extensión</i>	40-45	60	30 segundos

### **Curvas estándar**

La curva estándar se podrá realizar en base al montaje de las diluciones cuyas concentraciones se ilustran en la tabla 3.


**Tabla 3.** Concentraciones de mezcla dúplex de plásmidos de *Distemper canino*

Vial	Copias/uL <i>Distemper canino</i>
1	4448000
2	889600
3	35584
4	1423,36
5	284,672
6	11,38688

Cada plásmido contiene la secuencia target de un solo patógeno, la cual se amplifica mediante primers y sondas específicas de cada uno. No se proporciona el genoma completo de los patógenos. Se recomienda montaje por triplicado o duplicado de las diluciones para una mejor adquisición de datos.

## Resultados

### Detección *Distemper canino* (FAM)



**Imagen 1.** Curvas de amplificación esperadas canal green (FAM).

La interpretación debe realizarse a criterio del investigador en base al umbral establecido, acorde al termociclador empleado además de otras variables dentro del protocolo experimental (Tabla 4).

Las imágenes son solamente ilustrativas ya que cada software y equipo producirá curvas diferentes dependiendo del tipo de normalización de la fluorescencia. Las muestras sometidas al mix de control interno deberán obtener una curva de amplificación en el canal Yellow para muestras de origen canino y una curva por el canal Yellow y/o Green para las muestras de origen felino.

**Tabla 4.** Guía para la interpretación de resultados

<b>Muestra</b>	<b>Control Positivo</b>	<b>Control Negativo</b>	<b>Control Interno</b>	<b>Resultado</b>
-	+	-	+	Prueba exitosa, muestra negativa
+	+	-	+	Prueba exitosa, muestra positiva
-/+	-	-	-	Prueba fallida, se requiere repetición
-/+	+	+	+	Prueba fallida, se requiere repetición

Se deben obtener amplificaciones sigmoidales en el control positivo y muestras para ser consideradas positivas (Imagen 1 e Imagen 2). Adicionalmente, se recomienda realizar un montaje confirmatorio para muestras cuyos Ct/Cq sean  $\geq 35$ , debido a probabilidades de Ct alto obtenidos por contaminación.

## **Equipamiento adicional requerido**

Kit de extracción de ácidos nucleicos de alto rendimiento para evitar contaminantes e inhibidores en la qPCR.

Termociclador de tiempo real con capacidad de detección FAM y HEX.

Micropipetas.

Microcentrífugas.

Viales de PCR.

Otros instrumentos e insumos de laboratorio.

## **Documentación:**

Toda la documentación referente a validación y otros parámetros de ensayo se encuentra disponible en: [https://drive.google.com/drive/folders/1\\_Tn\\_Z3PApUZx5eNKl-fcNqfGnyR\\_6c81?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_Tn_Z3PApUZx5eNKl-fcNqfGnyR_6c81?usp=sharing)

## **Precauciones:**

Se recomienda dispensar los mixes y controles positivos en alícuotas.

Descongelar los mixes a temperatura ambiente y luego pasarlo a un bloque térmico entre 4-8°C mientras realiza el montaje, luego guardarlos a -20°C.

Evitar exponer a luz directa durante los procedimientos de montaje evitará la degradación de las sondas.

El control negativo debe permanecer bajo el umbral como parte del background de fluorescencia. Se recomiendan buenas prácticas de laboratorio para evitar contaminaciones y falsos positivos.

*Kit de detección para uso en investigación únicamente. No destinado para diagnóstico.*